

海南职业技术学院资源信息中心文件

资信中心

(2024) 4 号

关于印发《海南职业技术学院实验实训室 安全分级分类管理办法》的通知

各二级学院、各部门：

现将《海南职业技术学院实验实训室安全分级分类管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知。



资源信息中心

资源信息中心

2024年5月23日

海南职业技术学院 实验实训室安全分级分类管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强学校实验室安全管理，落实实验室安全主体责任，提高学校实验室安全风险防范的针对性和有效性，依据《中华人民共和国安全生产法》《高等学校实验室安全分级分类管理办法(试行)》《海南职业技术学院实验室安全管理规定》等相关要求，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法中的“危险源”是指与实验室相关的，可能导致人员伤害或疾病、物资财产损失、工作环境破坏等情况发生的因素。实验室安全分级分类是依据危险源的特性以及导致危险的严重程度进行安全风险评估，并配套专业化安全管理和预防措施。

第三条 本办法适用于全校从事教学、科研等实验、实训活动的场所及其所属设施，以房间为管理单元。中试性质和工业化放大性质的试验场所及其所属设施不在本办法管理范围内。

第二章 管理职责

第四条 学校实验室安全工作领导小组负责指导开展实验室安全分级分类工作。学校党政主要负责人是第一责任人，分管实验室工作的校领导是重要领导责任人，协助第一责任人负责实验室安全分级分类工作，其他校领导在分管工作范围内对实验室安全分级分类工作负有支持、监督和指导职责。

第五条 资源信息中心作为学校实验室安全归口管理部门，负责组织开展全校实验室安全分级分类认定工作，对各类各级实验室实施分类指导，有针对性地实施差异化管理，并建立学校实验室安全分级分类管理台账。

第六条 各二级单位是实验室安全分级分类管理的责任单位，负责组织本单位实验室落实分级分类及安全管理要求，审核确认本单位实验室类别和风险等级，建立二级单位实验室安全分级分类管理台账和相应的管理措施，提交学校资源信息中心备案。二级单位党政负责人是本单位实验室安全分级分类管理工作主要领导责任人。

第七条 实验室按照本办法对实验室类别和风险等级进行评估与认定，并将认定结果报所在二级单位审核确认。实验室负责人是本实验室安全分级分类管理工作的直接责任人。

第三章 实验室分级分类原则

第八条 实验室安全分级是指根据实验室中存在的危险源及其存量进行风险评价，判定本实验室安全等级。实验室安全等级分为 I 级/红色级、II 级/橙色级、III 级/黄色级、IV 级/蓝色级，分别对应重大风险、高风险、中风险、低风险等级的实验室。等级划分详见《实验室安全分级表》(附件 1)和《实验室安全风险评价表》(附件 2)。

第九条 实验室安全分类是指依据实验室中存在的主要危险源类别判定实验室安全类别。同一间实验室涉及危险源种类较多的，依据等级最高的危险源来判定其类别。根据学校教学与科研的特点，实验室划分为化学类、生物类、辐射类、机电类、其他类等类别。类别划

分详见《实验室分类参照表》(附件3)。

第十条 实验室分级分类结果和所涉及的主要危险源在实验室门外的安全信息牌上标明,并及时更新。

第十一条 实验室安全分级分类实行动态管理。实验室的用途如研究内容、危险源类型与数量等因素发生变化时,立即重新进行危险源辨识和安全风险评价,重新判定实验室安全类别及级别,如需变更立即报告所属二级单位。二级单位及时修正本单位实验室安全分级分类管理台账,同时报学校备案。

第十二条 新建、改扩建实验室时,危险源辨识和安全风险评价与建设项目同步进行,实验室安全分级分类工作与项目同步完成,

第四章 实施与监督检查

第十三条 学校根据实验室分级分类结果,针对不同等级实验室,按照“突出重点、全面覆盖”的原则进行实验室安全监管,及时保障实验室安全建设与投入,管理要求按《实验室分级管理要求参照表》(附件4)执行。

第十四条 安全等级为I级/红色级的实验室学校报上级主管部门备案。

第十五条 学校党政主要负责人、学校实验室安全主管职能部门、二级单位、实验室等各级责任机构根据学校、二级单位和本实验室实际情况,分级开展相应的安全检查工作。在重大隐患未完成整改前,不得在实验室中进行实验活动。

第十六条 实验室负责人、实验室安全管理员和实验人员等根据

所在实验室类别和安全等级，接受相应等级的安全培训并开展相应的应急演练。

第十七条 在实验室开展的科研项目、学生课题或其他实验活动要进行相应等级的安全风险评估。涉及重要危险源的实验活动，二级单位要进行审查、备案，学校不定期抽查。Ⅰ级/红色级、Ⅱ级/橙色级实验室针对重要危险源制定相应的管理办法和应急管控措施，责任到人。

第十八条 实验室配备适用于其安全风险级别的安全设施设备和安全管理人员。高风险点位安装监控和必要的监测报警装置。实验室配备必要的个体防护设备设施。

第五章 附则

第十九条 本办法由资源信息中心负责解释，未尽事宜按国家和地方相关法律法规执行。

第二十条 本办法自发布之日起施行。

附件：

1. 实验室安全分级表
2. 实验室安全风险评价表
3. 实验室分类参照表
4. 实验室分级管理要求参照表

附件 1

实验室安全分级表

安全级别	参考分级依据
I 级/红色级实验室 (重大风险实验室)	实验室有以下情况之一的： (1) 实验原料或产物含剧毒化学成分； (2) 使用剧毒化学品； (3) 存储第一类易制毒品、第一类精神药品； (4) 存储易燃易爆化学品总量大于 50kg 或 50L； (5) 存储有毒、易燃气体总量 ≥ 6 瓶； (6) 生物安全 BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4 实验室； (7) 使用 I、II 类射线设备； (8) 使用放射性同位素、放射源、核材料； (9) 使用机电类特种设备； (10) 使用超高压等第三类压力容器； (11) 使用强磁、强电设备； (12) 使用 4、3R、3B 类激光设备； (13) 使用富氧涉爆实验室自制设备
	按照《实验室安全风险评价表》评分达到 100 分的实验室
II 级/橙色级实验室 (高风险实验室)	实验室有以下情况之一的： (1) 存储第二类精神药品； (2) 存储易燃易爆化学品总量为 20-50kg 或 20-50L； (3) 存储有毒、易燃气体总量为 3-6(不含)瓶； (4) 生物安全 BSL-2、ABSL-2 实验室； (5) 使用第一类、第二类压力容器
	按照《实验室安全风险评价表》评分在 [75, 100) 范围的实验室
III 级/黄色级实验室 (中风险实验室)	实验室有以下情况之一的： (1) 存储第二/三类易制毒品； (2) 生物安全 BSL-1、ABSL-1 实验室； (3) 基础设备老化
	按照《实验室安全风险评价表》评分在 [25, 75) 范围的实验室
IV 级/蓝色级实验室 (低风险实验室)	实验室有以下情况之一的： (1) 不涉及重要危险源的实验室； (2) 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室
	按照《实验室安全风险评价表》评分在 [0, 25) 范围的实验室

注: 1. 实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分, 无所列情况的, 按《实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级;

2. 对于既有本表所列参考情况, 又有《实验室安全风险评价表》所列危险源的, 取两者较高者所对应的实验室等级。

附件 2

实验室安全风险评价表

每项计分	风险源
25 分	(1) 存储易燃易爆化学品总量在 5-20kg 或 5-20L; (2) 存储一般危化品总量 50-100kg 或 50-100L; (3) 存储有毒、易燃气体总量为 2 瓶; (4) 使用 m 类射线设备的数量 22 台; (5) 使用简单压力容器的数量 >3 台; (6) 实验室使用危险机加工装置的数量 ≥3 台; (7) 实验室使用加热设备数量 ≥6 台; (8) 实验室每月危险废物产生量 ≥100L 或 kg
10 分	(1) 使用超过人体安全电压 (36V) 的实验; (2) 涉及合成放热实验; (3) 涉及压力实验; (4) 产生易燃气体的实验; (5) 涉及持续加热实验; (6) 使用一般实验室自制设备; (7) 存储易燃易爆化学品 <5kg 或 5L; (8) 实验室存储一般危化品总量 <50kg 或 50L; (9) 存储有毒, 易燃气体 1 瓶; (10) 存储或使用有活性的病原微生物, 对人或其他动物感染性较弱, 或感染后易治愈; (11) 使用简单压力容器 1-2 台; (12) 使用 mI 类射线设备 1 台; (13) 使用危险机加工装置 1-2 台; (14) 使用一般机加工装置的数量 >5 台; (15) 实验室一般用电设备负载 ≥80% 设计负载; (16) 使用 2、2M、1、1M 类激光设备的数量 23 台; (17) 实验室每月危险废物产生量为 20-100L 或 kg; (18) 实验室使用加热设备数量 3-5 台; (19) 实验室使用每 1 台明火设备
5 分	(1) 存储普通气体 1-4 瓶; (2) 使用一般机加工装置 1-4 台; (3) 使用 2、2M、1、1M 类激光设备 1-2 台; (4) 实验室每月危险废物产生量 <20L 或 kg; (5) 实验室使用加热设备数量 1-2 台; (6) 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每 1 台; (7) 实验室使用每 1 台快捷电热设备

注: 1. 表中所称实验室房间均以面积为 50m² 计, 其他面积可按比例调整评价内容;

2. 表中符合任 1 种情况计相应分数, 符合多种情况, 分数累加计算, 最高 100 分;

3. 实验室自制设备, 是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的, 并以其为载体进行实验活动的非标设备; 对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。

附件 3

实验室分类参照表

序号	实验室分类	分类参照依据
1	化学类实验室	包括从事化学、药学、化学工程、环境科学等较多涉及化学试剂或化学反应的实验室,这类实验中的危险源分为两类,一类是易燃、易爆、有毒化学品(含实验气体)可能带来的化学性危险源,另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源
2	生物类实验室	包括从事基因工程、微生物学等较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研究的实验室。这类实验室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源,它们的释放、扩散可能会污染实验室内外环境的空气,水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实验室应进行相应的审批或备案
3	辐射类实验室	包括物理、医学、生物、化学等涉及放射性同位素、射线装置与核材料的实验室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射,可能对人体造成内外照射伤害,也可能对环境产生放射性污染;存放或使用核材料的实验室还存在核安全风险
4	机电类实验室	包括机械、电气、水利和人工智能等涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验室,以及大型机房等。这类实验室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、制等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路,人员触电、激光伤害、冻伤等因素
5	其他类实验室	包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室,危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全或消防安全风险

附件 4

实验室分级管理要求参照表

管理要求	实验室分级			
	I级/红色级实验室	II级/橙色级实验室	III级/黄色级实验室	IV级/蓝色级实验室
安全检查	学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查;学校主管职能部门每月开展不少于1次安全检查;二级单位每周开展不少于1次安全检查;实验室做到“实验结束必巡”	分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查;学校主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查;二级单位每月开展不少于1次安全检查;实验室做到“实验结束必巡”	学校主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查;二级单位每季度开展不少于1次安全检查;实验室做到经常性检查	学校主管职能部门每年开展不少于1次安全检查;二级单位每半年开展不少于1次安全检查;实验室做到经常性检查
安全培训	实验室安全管理人员,实验人员完成不少于24学时的准入安全培训,之后每年完成不少于8学时的安全培训(以上均含应急演练);每年开展不少于2次应急演练(含针对重要危险源的应急演练)	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于16学时的准入安全培训,之后每年完成不少于4学时的安全培训(以上均含应急演练);每年开展不少于1次应急演练(含针对重要危险源的应急演练)	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8学时的准入安全培训。之后每年完成不少于2学时的安全培训(以上均含应急演练);实验室每年开展不少于1次应急演练	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于4学时的准入安全培训,之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训(以上均含应急演练);每年开展不少于1次应急演练
安全评估	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,学校不定期抽查;针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施,责任到人;每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,学校不定期抽查;针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施,责任到人;每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,二级单位不定期抽查;二级单位判断如有必要,可临时按更高等级实验室安全要求进行管理	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,二级单位不定期抽查;二级单位判断如有必要,可临时按更高等级实验室安全要求进行管理
条件保障	高风险点位安装监控和必要的监测报警装置;危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求;配备充足的专职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施	高风险点位安装监控和必要的监测报警装置;危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求;配备充足的专职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施	在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置;配备充足的兼职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施	配备必要的兼职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施